

2026 年 9 月吉日

お客様各位

日本ルフト株式会社
医療機器部

ベビーブレスシリーズ
バルーンセンサ チューブ色変更のお知らせ

拝啓 平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、ベビーブレスシリーズのバルーンセンサ（1m・2m）に使用しているチューブの色を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。本変更による製品の品質、性能および安全性への影響はございません。これまでと同様にご使用いただけます。

敬具

記

1. 対象製品および変更内容

製品名	型式	ケーブル長	変更内容
バルーンセンサ	11025	1 m	チューブの色の変更 変更前：青 変更後：紫
	11045	2 m	

2. 品質・性能への影響

チューブの色以外に、お取り扱い方法やご使用方法の変更はございません。
製品の機能に影響はありませんので、従来品と同様にご使用ください。

3. 切替え時期

2026 年 9 月出荷分より順次切り替え予定

在庫状況により、一定期間は変更前後の製品が混在する場合がございます。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

日本ルフト株式会社 品質保証室 担当：鈴木

TEL：048-839-0622 Email：service-desk@nihon-rufuto.com

以上